

关于双维伊士曼纤维有限公司总排口 COD、氨氮 在线监测设备量值溯源数据的情况说明

双维伊士曼纤维有限公司：

为深入推进重点污染源自动监测设备“三个全覆盖”工作，省生态环境厅、省市场监管局组织开展了对双维伊士曼纤维有限公司污水总排口 COD、氨氮在线设备量值溯源的工作，要求对 COD、氨氮在线监测设备进行低、中、高浓度质控样的考核，COD 高浓度为 500mg/L，氨氮高浓度为 25mg/L、40mg/L，导致总排口 COD、氨氮在线监测数据异常，现场测量数据如下：2020 年 10 月 26 日 COD 在线于 14:07 分出值 490.7mg/L，14:47 分出值 496.6mg/L，15:28 分出值 494.1mg/L。氨氮在线于 10:50 分测量高值 25.30mg/L，持续至 17:19 分测量高值 39.89mg/L，现场 COD、氨氮在线监测设备量值溯源结束后。16:13 分复测水样 COD 出值 208.2mg/L，17:55 分复测水样氨氮 2.54mg/L，在线监测数据正常，设备运行正常。

敬请悉知，特此说明。

安徽省碧水电子科技有限公司运营部

2020 年 10 月 27 日

