

双维伊士曼纤维有限公司

关于污染源在线监测 COD 超标的公示

双维伊士曼纤维有限公司污水总排口在线监测设施，2021 年 12 月 31 日 16 时，总排口在线监测检测 COD 数据异常偏高。发现异常后，我司立即开展排查工作，并通知在线设施运维人员。

运维人员于 19:20 赶到现场，运维人员用 COD200mg/L 的标液对设备进行校验测量，当测量进程到 40%时，COD 仪数据已显示 858.9mg/L。运维人员检查发现设备消解管内壁上有许多黑色残留物。运维人员随后对设备进行了清洗、检查，并手动进行校准，设备于 2022 年 1 月 1 日 0:32 恢复正常工作状态。

特此公示。


双维伊士曼纤维有限公司
2022 年 1 月 4 日